

生理検査データ交換規約 Ver.3.2C 正誤表 001

2026/09/07

ページ/箇所	誤	正(訂正後)
p.1 1.はじめに	…共通編を参照していること <u>事</u> を意味している。	…共通編を参照していることを意味している。
p.11 表 6.1-1 OMG 生理検査依頼メッセージ PID の General Clinical Order Message	Patient <u>Identifi</u> ation	Patient Identification
p.11 表 6.1-1 OMG 生理検査依頼メッセージ OBR 配下の NTE の General Clinical Order Message	Notes and Comments (for Detail))	Notes and Comments (for Detail)
p.14 表 6.4-2 RSP 生理検査依頼照会応答メッセージ OBR 配下の NTE の Query Response for Order Status	Notes and Comments (for Detail))	Notes and Comments (for Detail)
p.15 6.5.1.ORU – 検査ステータス通知メッセージイベント(R01) TQ2 の Unsolicited Transmission of an Observation Message	Timing/Quantity Order <u>Seque</u> nce	Timing/Quantity Order Sequence
p.16 表 6.6-1 ORU 生理検査結果通知メッセージ TQ2 の Unsolicited Transmission of an Observation Message	Timing/Quantity Order <u>Seque</u> nce	Timing/Quantity Order Sequence

生理検査データ交換規約 Ver.3.2C 正誤表 001

2026/09/07

ページ/箇所	誤	正(訂正後)
p.18 表 6.8-2 ORF 生理検査結果照会応答メッセージ TQ2 の Observational Report	Timing/Quantity Order <u>Sequece</u>	Timing/Quantity Order Sequence
p.38 OBX-6 Units 単位(CE) 00574	(…重要な非 <u>SO</u> 単位)	(…重要な非 ISO 単位)
p.39 図 7.8-2 一部の米国の慣習的な単位の ANSI+単位コード	年の場合は ISO=ANN, <u>AMSI</u> =yr である。	年の場合は ISO=ANN,ANSI=yr である。
p.39 図 7.8-2 一部の米国の慣習的な単位の ANSI+単位コード	…その他の非メートル <u>方</u> の単位…	…その他の非メートル法の単位…
p.45 b)重複フィールド	これによって <u>後方互換性</u> および ASTMとの <u>互換性</u> が保たれる。	これによって過去のバージョン、および ASTMとの上位互換性が保たれる。
p.58 ORC-12 Ordering Provider オーダ発行者 (XCN) 00226	この規定は、ORC や OBR の他の同一フィールドと同様であり、 <u>上方互換</u> と ASTM 互換を促進する。	この規定は、ORC や OBR の他の同一フィールドと同様であり、上位互換と ASTM 互換を促進する。
p.79 表 7.13-1 QPD パラメータ仕様 - 生理検査依頼照会 (ZS1^Order Query^JHSS0002) Element Name	<u>TQ</u> -7:Start Date/Time 開始日時 <u>TQ</u> -8:End Date/Time 終了日時	TQ1-7:Start Date/Time 開始日時 TQ1-8:End Date/Time 終了日時
p.79 表 7.13-1 QPD パラメータ仕様 - 生理検査	<u>ORC</u> -5	QRF-5

生理検査データ交換規約 Ver.3.2C 正誤表 001

2026/09/07

ページ/箇所	誤	正(訂正後)
依頼照会 (ZS1^Order Query^JHSS0002) Segment Field Name		
p.89 7.17.TQ1 - Timing/Quantity Segment タイミング/数量セグメント	h) ……((2 回のサービス要求かも)	h) ……(2 回のサービス要求かも)
p.89 TQ1-1 Set ID - TQ1 セット ID (SI) 01627	伝送された最初のタイミング指定に対してシーケンス番号は <u>12</u> 番目のタイミング指定では 2、以下同様。	伝送された最初のタイミング指定に対してシーケンス番号は 1、2 番目のタイミング指定では 2、以下同様。
p.90 使用者定義表 0335 -Repeat Pattern 反復パターン	Q<整数> <u>></u> M	Q<整数>M
p.97 (c)オーダ管理機能の無いモダリティの場合(患者情報のみの連携を想定)	(c)オーダ管理機能の無い <u>モダリティ</u> 場合…	(c)オーダ管理機能の無いモダリティの場合…
p.149 (3)心電図等の波形情報と検査結果情報の記述 MFER 波形のリンク情報をメッセージに記述する例の電文	OBX 2 RP XML^付帯情報ファイル ^JHSS0001 /MFEROut/00005_000001000_ 20260121105057451. <u>xm</u> R 202601211 23456<CR>	OBX 2 RP XML^付帯情報ファイル ^JHSS0001 /MFEROut/00005_000001000_ 20260121105057451.xml R 202601211 1123456<CR>